

## 金瓜寮上游站 (JGL-1) 水質計參數

站點名稱 Site ID	儀器名稱 Instrument	測站座標 Location
JGL-1_Water Quality	Water Quality Measurement	(24°52'51"N, 121°39'50"E)
縮寫代號 abbreviation	型號 Model	監測頻率 Frequency
JGL-1_WQ	OCEAN SEVEN 310 & Cyclops-7	10 minutes

參數 Parameter	代號 Abbreviation	單位 Unit	精準度 Accuracy
水壓 Pressure	Pressure	dbar	0.05% FS
水溫 Temperature	Temperature	°C	0.0015 °C
導電度 Conductivity	Conductivity	uS/cm	0.0015 mS/cm
鹽度 Salinity	Salinity	PSU	
溶氧百分比 Dissolved Oxygen Saturation	Oxygen_Sat	%	
溶氧濃度 Oxygen Polarographic	Oxygen_ppm	ppm	0.1 ppm
酸鹼值 pH	pH		0.01 pH
氧化還原電位 Redox	Redox	mV	1 mV
C-DOM 有色溶解性有機物質 Colored dissolved organic matter	Fluorometer	µgl	